

ILUSTRÍSSIMO SENHOR PREGOEIRO DO SETOR DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA – MA

3S VISION HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES E EQUIPAMENTOS LTDA , CNPJ/MF Nº 37.581.390/0001-40 , sediada Av. Jose Roque Salton – n. 297-sala 01- Terra Bonita – Londrina – Pr CEP: 86047-622 –Tel : 43 – 33367133, rose1@tellbusiness.com.br , por seu representante legal por final assinado vêm, respeitosamente, interpor

IMPUGNAÇÃO AO EDITAL DE LICITAÇÃO

pelas razões de fato e direito abaixo aduzidas:

DOS FATOS

Foi publicado o Edital do Pregão Eletrônico nº 40/2022 Sistema de registro de Preços, Tipo Menor Preço, pela Prefeitura Municipal de Anajatuba – MA , com a realização do referido certame no dia 14/07/2022, as 9 hs , tendo o respectivo Pregão o Objeto de **Seleção da proposta mais vantajosa visando o REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual Contratação de pessoa(s) jurídica(s) para fornecimento de equipamentos hospitalares, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Anajatuba -MA, conforme descrito neste Edital e seus Anexos, nas especificações, quantidades e condições contidas no Termo de Referência, Anexo II do Presente Edital.**

Foi detectada no edital de licitação direcionamento de descrição ao item 14,

Diz o Termos de Referencia

“ Oxímetro portátil com curva (bateria recarregável + carregador): Oxímetro de Pulso Portátil tipo Palm com bateria recarregável, G1B possui Visor LCD, Curva Pletismográfica, Alarme e Bateria Recarregável com sensor Adulto, sensor neonatal opcional. O oxímetro G1B atende paciente adulto e neonatal (conforme sensor utilizado). Possui design otimizado e compacto, com tela LCD e exibição da curva plestimográfica na tela. Possui Comunicação com computador para upload de dados para análise ou impressão, função de economia de energia e memória embutida para dados. O oxímetro portátil G1B é ideal para consultório, clínicas e centro cirúrgicos, pode ser utilizado em pacientes adultos, pediátricos e neonatal. ACOMPANHA: Manual; Carregador de bateria 01 sensor Adulto, sensor neonatal opcional. Parâmetros de monitoramento: SpO2 e pulso: SpO2. Tipo de paciente: Adulto, infantil e neonatal; Faixa de mensuração: 0~100%; Resolução: 1%; Precisão: +- 2% (em 70%~100%); Pulação Faixa de mensuração: 30-254 bpm; Resolução: 1 bpm; Precisão: +- 2 bpm; Requisitos de energia; voltagem de entrada: 98~260V AC 50/60 Hz; Consumo de energia: < 6VA.”

No Termo de referencia menciona-se o Modelo “G1B” por 3 vezes .

O modelo G1B refere-se a um equipamento específico da marca General Meditech .

No Edital menciona-se “Faixa de mensuração: 0~100%,” onde clinicamente existe uma não necessidade da ampla mensuração.

DO PEDIDO

Por todo o exposto, a 3S VISION HOSPITALAR requer que sejam apreciadas as questões expostas acima, a fim de que este(a) Ilustre Pregoeiro(a), ao analisá-las, possa:

1 - A retificação do edital licitatório retirando o termo G1B da descrição do item 14 no edital .

2 – alterar o texto “Faixa de mensuração: 0~100%,” para “Faixa de mensuração: 35~100%;

CONCLUSAO

O Princípio de Igualdade constitui um dos alicerces da licitação, na medida em que esta visa, não apenas permitir a administração pública a escolha da melhor proposta, como também assegurar igualdade de direito a todos interessados a contratar.

Esse princípio, que hoje está expresso no artigo 37, XXI, da Constituição, veda o estabelecimento de condições que impliquem preferências em favor de determinados em detrimento dos demais.

Nestes termos,

Aguarda Deferimento.

Londrina , 01 de Julho de 2022.

3S Vision Hospitalar - Com. Atacadista de Prod. Hosp. e Equip. LTDA
CNPJ/MF nº. 37.581.390/0001-40
Christian Dario Filippelli
Argentino / Casado / Empresário – Administrador
RG: V476261V - PF / SSP-PR
CPF nº. 010.892.619-26